

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 40 เครื่อง
ในแต่ละเครื่องประกอบด้วยคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ระบบแสงเป็นชนิดเลนส์วัตถุ
2. หัวกล้องชนิด 2 กระบอกตาโดยกระบอกตาคูเอนไม่น้อยกว่า 45 องศา
3. สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ระหว่าง 54-75 มิลลิเมตร หรือกว้างกว่า
4. มีอัตราการปรับขยายภาพ ไม่น้อยกว่า 4.4 ต่อ 1
5. มีช่วงการปรับภาพ กำลังขยาย อยู่ในระหว่าง 0.8x ถึง 3.5x หรือกว้างกว่า
6. เลนส์ตา กำลังขยายไม่น้อยกว่า 10 เท่า และมีค่า Field Number ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร จำนวน 2 ข้าง
7. เลนส์วัตถุมีระยะทำงานไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร
8. กำลังขยายภาพอยู่ระหว่าง 8 เท่า ถึง 35 เท่า หรือกว้างกว่า
9. แทนวางวัตถุเป็นกระจกชนิดเรียบหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
10. ไฟกล้องเป็นไฟชนิด LED หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า
11. มีระบบไฟส่องสว่างทั้งด้านบนและด้านล่างแยกอิสระออกจากกัน
12. มีปุ่มปรับภาพขยายที่ด้านข้างของกล้อง
13. คุณลักษณะเพิ่มเติม
 - 13.1. มีระบบป้องกันเชื้อรา
 - 13.2. มีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
 - 13.3. มีระบบป้องกันฝุ่นละออง
 - 13.4. อุปกรณ์ประกอบ
 - 13.4.1. หนังสือคู่มือการใช้พร้อมภาพประกอบ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2 ชุด
 - 13.4.2. ถุงพลาสติกคลุมกล้อง 1 ใบ ต่อกล้อง 1 ตัว
 - 13.4.3. กล้องใส่กล้อง 1 กล้องต่อกล้อง 1 ตัว
 - 13.4.4. น้ำยา และกระดาษเช็ดเลนส์ 1 ชุด สำหรับกล้อง 1 ตัว
 - 13.5. บริษัทผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 14001 หรือ CE
 - 13.6. มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 - 13.7. มีอุปกรณ์สำรองไฟ (Power supply) 1 ชุด สำหรับกล้อง 1 ตัว

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาวุฒิย์ รัชสมบัติ)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวพันธ์ทิวา กระจาย)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางวิไลลักษณ์ ชุมสไตอินน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ดร.กิตติ ต้นเมืองปัก)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวเนตรนภา เกล็ดจิ้น)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเกียรติ สวยงาม)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวธิติมา พันธูลาภ)